

## REQUISITOS HIGIÉNICOS SANITARIOS PARA LICENCIAS DE ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA

En los expedientes de *centros que desarrolle la actividad de Odontología y Estomatología* se deberá presentar **MEMORIA TÉCNICA SANITARIA Y PLANOS** que describan el cumplimiento de los siguientes requisitos higiénicos-sanitarios mínimos.\*

\*esta relación tiene carácter informativo y no exime de la obligatoriedad del cumplimiento de los requisitos que establezca la normativa sectorial aplicable.

### NORMATIVA APLICABLE:

- Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Salamanca, Revisión- Adaptación 2004.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- Decreto 49/2005, de 23 de junio, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Castilla y León.
- Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986, que regula la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista dental.
- Orden SAN/949/2010, de 25 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas exigibles a los centros y servicios que desarrollen en Castilla y León la actividad de Odontología y Estomatología.

### CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES:

- Los suelos, paredes y techos del centro serán de **materiales lisos y lavables**, debiendo mantenerse en un adecuado estado de conservación y limpieza.
- Disponer, al menos, de **tres áreas diferenciadas**: área de **recepción** y **sala de espera** de pacientes, **área** clínica para **diagnóstico y tratamiento** odontoestomatológico, **área de servicios e instalaciones**.
- Estas **áreas** deberán disponer de la **suficiente independencia** entre ellas.
- El área clínica constará de una o varias **salas de consulta** y tratamiento odontoestomatológico, debiendo tener cada una, una superficie no inferior a **8 m<sup>2</sup>**.
- En cada sala de consulta debe haber un **lavamanos** de porcelana o acero inoxidable dotado de agua corriente.



## Ayuntamiento de Salamanca

Área de Bienestar Social  
Sección de Salud Pública

- Contará con **agua** potable **fría y caliente**.
- Deberá contar, como mínimo, con **un aseo accesible** para los usuarios y usuarias del centro que deberá disponer de **ventilación** directa al exterior **natural o forzada**.
- Los **retretes** no podrán comunicar directamente con las áreas de recepción, sala de espera o área clínica para lo cual deberá instalarse un **vestíbulo o espacio de separación**.
- En los **retretes** que hayan de ser utilizados por **mujeres** se instalarán **recipientes especiales y cerrados**.
- Deberá presentar **autorización sanitaria de funcionamiento** con anterioridad al inicio de la actividad.